

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN Sede Central

Obra: Ejecución del Componente I (Infraestructura) y II (Equipamiento) de la IOARR: ¿Construcción de sala de hemodiálisis; adquisición de máquina de hemodiálisis, sillón para hemodiálisis y coche de paro equipado; además de otros activos en el(la) EESS Hospital Tarapoto - Tarapoto en la localidad Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia San Martín, Departamento San Martín, con CUI N° 2558700

Contratista: CONSORCIO EJECUTOR LCM

---

Número de asiento: 307

Título VERIFICACION DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CLINICO, CLAVE D-484 Y M-03

Fecha y Hora 15/09/2024 13:37

Usuario: AREVALO INFANTE, JORGE LUIS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EQUIPAMIENTO CLÍNICO

Con fecha 06/09/2024, en presencia de director de la DIRESA, nefrólogo del hospital II-2 MINSa, Esp Biomédico de la Entidad, Esp Biomédico del contratista y el proveedor del equipamiento clínico, se puede desprender que:

En cumplimiento de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del Equipo de Clave D-484, denominado: MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS en 22 Unidades, siendo el resultado de la verificación lo siguiente: (VER CUADRO DE CUMPLIMIENTO)

De lo cual, las verificaciones se realizaron en los almacenes de NIPRO MEDICAL CORPORATION ubicados en Av. Materiales 2727, cercado de Lima, Lima, con la presencia del siguiente personal:

Dr. Aldo Enrique Pinchi Flores – Director DIRESA

Dr. Joseph Pezo Medina – Nefrólogo del Hospital Minsa II-2 Tarapoto

Ing. Renzo Fabrizio Calderon Flores – Esp Biomedico GRSM - Supervisión

Ing. Luis Francisco Mancilla Lévano – Esp Biomédico del Contratista Ejecutor

Ing. Richard Ismael Jiménez Labajos – Ing civil del Contratista Ejecutor

Javier O'Hara Seminario – Gerente División Renal de NIPRO MEDICAL CORPORATION

MOBILIARIO CLÍNICO

Con fecha 06/09/2024, en presencia del nefrólogo del hospital II-2 MINSa, Especialista Biomédico de la Entidad, Especialista Biomédico del contratista y el proveedor del equipamiento clínico, se puede desprender que:

En cumplimiento de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del Equipo de Clave M-03, denominado: PULSIOXIMETRO en 30 Unidades, siendo el resultado de la verificación lo siguiente: (VER CUADRO DE CUMPLIMIENTO)

De lo cual, las verificaciones se realizaron en los almacenes de MERA COMPANY ubicados en Jr ambrosias Mz D lote 1 Urb las Flores San Juan de Lurigancho - Lima, con la presencia del siguiente personal:

Dr. Joseph Pezo Medina

Ing. Renzo Fabrizio Calderon Flo

Ing. Luis Francisco Mancilla Lévano

Ing. Richard Ismael Jiménez Labajos

Cristian Mera – Representante de MERA COMPANY

SE ADJUNTA PANEL FOTOGRAFICO DE LA VERIFICACION

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

verificacion de equipamiento clinico.pdf

Hash 256: 8be5b69597ca811061dc4a295cf93ea2600a713696a5fa518934bf02b58a50b1